



ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na realizację dostawy mobilnego podnośnika osób niepełnosprawnych
do Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku
przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 130 000 zł wyłączonego ze
stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1

Zamawiający zawiadamia o poniższym rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

1. W w/w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	CENA OFERTY	UWAGI
1	Pomagamy24h.pl sp. z o.o. Osiedle Powstańców Warszawy 6m/1 61-656 Poznań	4.603,70 zł netto 4.972,00 zł brutto Oferta odrzucona – oferta niezgodna z opisem, przedmiotu zamówienia.	Podnośnik Ulisse EL (do 180 kg, szerokość 55/88 cm, zakres podnoszenia 72\171 cm) Uchwyt czteropunktowy 4 x kamizelka kąpielowo – transportowa Waga: brak
2	KLAROMED Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 123 05-070 Sulejówek	22.781,00 zł netto 24.603,48 zł brutto	Podnośnik POWEO Nursing (do 180 kg, szerokość 75 cm) Uchwyt czteropunktowy Waga Scalis 4 x kamizelka kąpielowo – transportowa
3	LeviCare Sp. z o.o. ul. Kartuska 377 80-125 Gdańsk	9.803,32 zł netto 10.587,59 zł brutto	Podnośnik Levicare J190 (do 190 kg, szerokość 62/111 cm, zakres podnoszenia 77\205 cm) Uchwyt czteropunktowy Waga do podnośnika 4 x kamizelka kąpielowo – transportowa
4	Medeir Przemysław Fila Ul. Ochla-Niedźwiedzia 8 66-006 Zielona Góra	9.200,00 zł netto 9.936,00 zł brutto	Podnośnik AKS Foldy XL (do 185 kg, szerokość 70/96 cm, zakres podnoszenia 61\200 cm) Uchwyt czteropunktowy 4 x kamizelka kąpielowo – transportowa Waga do podnośnika

2. Informacja nt. rekomendowanej oferty (nazwa oferenta, wartość wybranej oferty, uzasadnienie wyboru):

Zamawiający po dokonanej analizie ofert rekomenduje wybór oferty nr 3:

LeviCare Sp. z o.o., ul. Kartuska 377, 80-125 Gdańsk

Uzasadnienie

Udzielono zamówienia Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na dostawę podnośnika osób niepełnosprawnych w prowadzonym postępowaniu.

W prowadzonym postępowaniu oprócz ceny dokonano dodatkowej oceny technicznej zaproponowanych podnośników, które było dodatkowym kryterium wyboru oferty.

Podnośnik AKS Foldy XL	Podnośnik Levicare J190
Kraj pochodzenia: Niemcy	Kraj pochodzenia: Polska
Udźwig 185 kg	Udźwig 190 kg
Czas podnoszenia: 40 s	Czas podnoszenia: 34 s
Wysokość płóz: 110 mm	Wysokość płóz: 88 mm
Masa urządzenia: 40-42 kg	Masa urządzenia 36 kg
Szerokość minimalna: 70 cm	Szerokość minimalna: 62 cm

Wybrano Wykonawcę, który przedstawił ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, ofertę która przedstawiała większą wartość i zawansowanie techniczne dla Zamawiającego oraz zawierała cenę, która nie przewyższyła kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.